

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032015

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 3

Segue abaixo resposta aos questionamentos da empresa Overtech Soluções Tecnológicas.

Questionamento 1)

A respeito do PE 0032015, temos algumas dúvidas, as quais estão elencadas abaixo:

1. A respeito do LOTE 1 - Datalogger, temos um datalogger da nossa representada (NESA) que atende a todos os requisitos, exceto:
 1. No item "Taxa de amostragem configurável até 100Hz". Nosso datalogger atende até 1Hz.
 2. No item "2 entradas contadoras de pulso com frequência de amostragem de 30kHz com acurácia de 0,1%". Nosso datalogger atende até no máximo 2kHz.

Resposta: Os itens, "Taxa de amostragem configurável até 100Hz" e "2 entradas contadoras de pulso com frequência de amostragem de 30kHz com acurácia de 0,1%" são indispensáveis, portanto não podemos aceitar dataloggers que não atendam as especificações do edital.



Ricarlos B. Silva – Pregoeiro