

INFORMATIVO Nº 1

O Sistema Meteorológico do Paraná-SIMEPAR vem por intermédio desta comunicar aos participantes as seguintes alterações na especificação técnica constantes do Anexo I do edital de licitação:

1) Onde se lê: Potência mínima no rádio interno de 1W.

Leia-se: Potência mínima no rádio interno de 4W.

2) Onde se lê: Os receptores devem possuir memória interna de no mínimo 256GB.

Leia-se: Os receptores devem possuir memória interna de no mínimo 1GB.

3) Incluir a seguinte exigência na especificação:

Possuir sensor de medição inclinado de até 30°.

4) Onde se lê: 2 Antenas GNSS 220 canais com rádio interno de no mínimo 1 Watts.

Leia-se: 2 Antenas GNSS 220 canais com rádio interno de no mínimo 4 Watts.

Curitiba-PR., 14 de Fevereiro de 2020.



Ricarlos Silva – Pregoeiro