

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042022**

**NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 2**

A empresa Hexis Científica Ltda. solicitou o seguinte esclarecimento:

CONSTA NO EDITAL:

Item 4.3 - SENSOR DE NÍVEL D'ÁGUA DO TIPO PRESSÃO (CAPACITIVO CERÂMICO)

Específica sensor de nível capacitivo cerâmico sem capilar.

Perguntamos:

Há um gap no mercado quanto ao fornecimento de sensores capacitivos cerâmicos sem capilar (pressão absoluta) e de acordo com o histórico do próprio SIMEPAR já se faz o uso dos sensores de cerâmica capacitivo com capilar (pressão relativa), dessa forma, para melhorar a performance das estações e garantir um bom desempenho com uma precisão ainda maior do que a especificada, seria aceito o fornecimento de sensores de cerâmica capacitivo com capilar e excluir o sensor barométrico da estação?

**Resposta do Pregoeiro: O sensor constante do Anexo I item 4.3 deve ser fornecido de acordo com as exigências do edital de licitação.**

Curitiba-PR., 3 de maio de 2022.

Ricarlos Silva – Pregoeiro  
(Assinatura Eletrônica)

Itamar Adilson Moreira – Equipe de Apoio  
(Assinatura Eletrônica)

## NOTA\_ESCLARECIMENTO2\_PE0042022.pdf

Documento número #128add25-db5d-485a-967e-0b5afb3ef126

Hash do documento original (SHA256): 871324871731e45c1b94bc1c54b0249c8fdde200e4ce589b765506d9a78b8cb1

### Assinaturas



**RICARLOS BATISTA DA SILVA**

CPF: 928.170.259-20

Assinou como administrador em 03 mai 2022 às 10:00:09

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.



**Itamar Adilson Moreira**

CPF: 672.703.010-34

Assinou como parte compradora em 03 mai 2022 às 09:58:37

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

### Log

- 03 mai 2022, 09:57:44 Operador com email ricarlos.silva@simepar.br na Conta 62d76ad8-e565-41d6-a5d9-35600bba6aba criou este documento número 128add25-db5d-485a-967e-0b5afb3ef126. Data limite para assinatura do documento: 02 de junho de 2022 (09:56). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 mai 2022, 09:57:45 Operador com email ricarlos.silva@simepar.br na Conta 62d76ad8-e565-41d6-a5d9-35600bba6aba adicionou à Lista de Assinatura: ricarlos.silva@simepar.br, para assinar como administrador, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RICARLOS BATISTA DA SILVA, CPF 928.170.259-20 e Telefone celular \*\*\*\*\*5576, com hash prefixo 75c941(...).
- 03 mai 2022, 09:57:46 Operador com email ricarlos.silva@simepar.br na Conta 62d76ad8-e565-41d6-a5d9-35600bba6aba adicionou à Lista de Assinatura: itamar.moreira@simepar.br, para assinar como parte compradora, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Itamar Adilson Moreira, CPF 672.703.010-34 e Telefone celular \*\*\*\*\*0162, com hash prefixo 8f95d1(...).
- 03 mai 2022, 09:58:37 Itamar Adilson Moreira assinou como parte compradora. Pontos de autenticação: telefone celular \*\*\*\*\*0162 (via token), com hash prefixo 8f95d1(...). CPF informado: 672.703.010-34. IP: 189.4.16.226. Componente de assinatura versão 1.261.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

- 
- 03 mai 2022, 10:00:09 RICARLOS BATISTA DA SILVA assinou como administrador. Pontos de autenticação: telefone celular \*\*\*\*\*5576 (via token), com hash prefixo 75c941(...). CPF informado: 928.170.259-20. IP: 200.19.65.34. Componente de assinatura versão 1.261.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mai 2022, 10:00:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 128add25-db5d-485a-967e-0b5afb3ef126.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 128add25-db5d-485a-967e-0b5afb3ef126, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).