

Assunto: Re: DUVIDAS REF. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0022013 - SIMEPAR
De: Ricarlos <ricarlos@simepar.br>
Data: 29-04-2013 13:59
Para: VENDAS <vendas@solarimc.com.br>

Prezado Senhor:

1- O Certificado de calibração que o edital exige, é o certificado de calibração fornecido pelo fabricante, que acompanha o sensor. Os pontos de calibração é a faixa de operação do sensor.

2- Sim, somente por lote.

3- Sim.

Ricarlos Silva - Pregoeiro

Em 26-04-2013 18:01, VENDAS escreveu:

Boa tarde

Conforme indicado segue algumas dúvidas em relação ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0022013 - SIMEPAR

CALIBRAÇÃO

1- Quais os pontos de calibração desejada p/ todos os sensores solicitados, pois é mencionado calibração mas não fala em que ponto.

(alguma sugestão de empresas credenciadas para calibração?)

2- Podemos participar por lotes?

3 - As amostras deverão ser entregues com certificado de calibração?

Aguardo seu retorno

Obrigado

--
Ricarlos Silva-Depto.Compras
CRA/PR 15.603
Instituto Tecnológico SIMEPAR
Curitiba-PR
Fone:(41)3320-2005